

REF 210-24-070-00

CONT

8x1mL

OBJECTIF PRINCIPAL

COAGULATION CALIBRATOR est un kit constitué d'un calibrateur lyophilisé pour la préparation de la courbe d'étalement en vue de la détermination quantitative avec des méthodes spécifiques des paramètres de coagulation dans le plasma pour les réactifs suivants:

- CoaPT Prothrombin time **REF 210-24-010-00**
- CoaPTT Activated Partial Thromboplastin Time **REF 210-24-020-00**
- CoaFIB Fibrinogen Kit (Clauss Method) **REF 210-24-040-00**

PRINCIPE

Pour l'utiliser, suivez les procédures indiquées dans le mode d'emploi des kits pour la détermination de chaque paramètre individuel.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1. Ce produit a été formulé pour une utilisation diagnostique in vitro.
2. Une variation proportionnelle des volumes de réaction ne change pas le résultat.
3. NE PAS mélanger les réactifs de différents lots de production.
4. En plus des indications de risque possibles, le réactif peut contenir des conservateurs, dont la concentration totale est inférieure aux limites mentionnées dans la Directive 67/548/CEE et 88/379/CEE et les modifications ultérieures concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations dangereuses (réactifs). Cependant, il est recommandé de manipuler les réactifs avec soin, en évitant l'ingestion et le contact avec les yeux, les muqueuses et la peau ; utiliser les réactifs selon les bonnes pratiques de laboratoire. Les procédures opérationnelles pour la manipulation de ce produit sont détaillées dans la fiche de données de sécurité. La fiche de données de sécurité doit être fournie sur demande.

ATTENTION!

- A) Le réactif peut être utilisé avec des systèmes de détection manuels, mécaniques, photométriques et néphélotométriques de la coagulation. Les déterminations automatisées doivent être effectuées selon les instructions spécifiques fournies avec l'instrument utilisé.
- B) Ce produit provient de donneurs et doit être utilisé comme un potentiel vecteur de pathologies infectieuses. Ce produit a été testé et s'est révélé négatif pour les anticorps du HIV, du VHC et de l'AgHBs par une méthode approuvée. Cependant, comme n'existe aucune méthode testée qui puisse offrir une assurance complète de l'absence de du HIV-I-II, de virus de l'hépatite et d'autres agents infectieux, le **REF 210-24-070-00** et tous les échantillons doivent être manipulés comme des vecteurs potentiels de maladies infectieuses, en utilisant les procédures détaillées dans les fiches de données de sécurité.
- C) Le réactif doit être utilisé UNIQUEMENT pour les destinations prévues, par des personnes expertes et formées, et conformément aux bonnes pratiques de laboratoire.
- D) Le diagnostic clinique ne peut pas être correctement établi en se basant uniquement sur le résultat d'un seul test, mais doit être établi en intégrant de manière critique les résultats des différents tests de laboratoire et données cliniques.
- E) Une série de facteurs tels que la température ambiante, la température des réactifs de travail, la précision des lavages, le type de coagulomètre et les caractéristiques de l'eau distillée peuvent affecter les performances du test.
- F) La courbe d'étalement doit être toujours répétée à chaque changement de lot de réactif et/ou de calibrateur. G) Toutes les précautions normalement utilisées en laboratoire doivent être respectées pour la manipulation des réactifs. Tous les calibrateurs et contrôles doivent être considérés comme des échantillons humains, potentiellement infectieux ; toutes les mesures de protection doivent être appliquées pour éviter tout risque biologique potentiel.

RÉACTIFSComposition du kit: **REF 210-24-070-00**

8 x 1 mL

Plasma humain stabilisé

(Voir le tableau des valeurs pour chaque paramètre)

STABILITÉ

Les réactifs sont stables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur les étiquettes, s'ils sont fermés et stockés à 2-8°C dans leur récipient primaire intact; s'ils ne sont pas exposés à des sources de chaleur et/ou à des variations de pression. En cas de dommage du récipient primaire, organiser l'élimination des déchets.

PRÉPARATION DU RÉACTIF DE TRAVAIL

Ouvrez une fois très soigneusement, en évitant de perdre le matériau lyophilisé. Ajoutez exactement 1 mL d'eau distillée ; fermez la bouteille soigneusement et laissez reposer pendant 30 minutes. Dissolvez complètement le contenu en remuant doucement, en évitant la formation de mousse. Mélangez gentiment avant utilisation et laissez le réactif atteindre la température ambiante avant utilisation. Les contrôles doivent être utilisés en suivant les procédures requises pour l'échantillon de patient. Référez-vous aux instructions d'utilisation fournies dans le kit de chaque paramètre individuel et au manuel d'instructions du coagulomètre. Fermez immédiatement après manipulation. Les réactifs doivent être utilisés correctement pour éviter la contamination. Une manipulation incompetent nous exonère de toute responsabilité.

STABILITÉ APRÈS RECONSTITUTION

Le produit est stable:

- 24 heures à 2-8°C pour le TP, l'aPTT, le fibrinogène et l'antithrombine.
- 4 heures flacon ouvert à +18 - 26°C

- 1 Mois à -20°C pour le TP, l'aPTT, le fibrinogène et l'antithrombine.

Après la reconstitution, CONGELEZ une seule fois, NE RÉPÉTEZ PAS LA CONGÉLATION.

En cas de contamination microbienne, les préparations doivent être éliminées.

MATÉRIEL REQUIS MAIS NON FOURNI

Équipement de laboratoire standard.

Micro-pipettes pour délivrer de 3 à 1000 µL.

Embrouts de micro-pipettes jetables.

Tubes d'essai en plastique pour la dilution des échantillons.

Tubes de coagulation.

Chronomètre ou minuterie.

Bain d'eau à 37°C.

Eau distillée, réactifs et contrôles.

Coagulomètres.

PROCÉDURE ANALYTIQUE SUR COAGULOMÈTRE MANUEL ET AUTOMATIQUE

Laissez les réactifs atteindre la température de travail avant utilisation. Utilisez le contrôle comme échantillon de plasma humain naturel.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Observez toutes les réglementations environnementales fédérales, étatiques et locales pour l'élimination des déchets.

ATTENTION!
Le kit est testé sur un Coagulomètre ACL 7000 (I.L.), CoaLAB 1000 et CoaDATA 4004 (les deux LABiTec). Les applications sur coagulomètre automatique/semi-automatique ou manuel d'autres fabricants peuvent être totalement différentes de ce que nous avons expérimenté.

CALCUL DES RÉSULTATS

Veuillez vous référer au mode d'emploi des réactifs de coagulation individuels.

PERFORMANCES ANALYTIQUES

(Validées sur ACL 7000 (I.L.), CoaLAB 1000 et CoaDATA 4004)

Les performances analytiques des paramètres sont détaillées dans le mode d'emploi relatif.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour fonctionner conformément à son étiquetage et à sa documentation. **LABiTec** décline toute garantie implicite de qualité marchande ou d'aptitude à un autre usage. L'acheteur doit évaluer et déterminer la compatibilité des produits de **LABiTec** pour ses applications spécifiques. En aucun cas, **LABiTec** ne sera responsable de tout dommage consécutif découlant de ladite garantie expresse.

REFERENCES
See References in IFU of each reagent.**Symbols key / Symbolschlüssel / Interpretazione simboli / Clave de los Símbolos**

	CE Mark / CE Symbol / Marchio CE / Marca CE
	In Vitro Diagnostic Medical Device / In Vitro Diagnostikum / Dispositivo medico-diagnóstico in vitro / Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	Catalogue Number / Bestellnummer / Numero di catalogo / Número de catálogo
	Refer to instruction for use / Bedienungsanleitung beachten / Consultare le istruzioni per l'uso / Consulte las instrucciones de uso
	Biological Risk / Biologisches Risiko / Rischio biologico / Riesgo biológico
	Manufactured by / Hersteller / Fabbricante / Fabricante
	Distributor/Händler/Distributore/Distribuidora
	Temperature limitations / Temperaturbegrenzung / Limiti di temperatura / Límite de temperatura
	Contents sufficient to "n" tests / Inhalt ausreichend für „n“ Tests / Contenuto sufficiente per numero test / Contenidos suficientes para "n" pruebas
	Lot Number / Chargennummer / Codice del lotto / Código de lote
	Expiration Date (YYYY/MM) / Verwendbar bis / Utilizzare entro / Fecha de caducidad
	Contents / Inhalt / Contenuto / Contenido
	Control / Kontrolle / Controllo / Control
	Calibrator / Kalibrator / Calibratore / Calibrador
	Reconstitution Volume / Rekonstitutionsvolumen / Volume di ricostituzione / Volumen de reconstitución
	Respiratory sensitisation, hazard categories 1, 1A, 1B – Germ cell mutagenicity, hazard 1A, 1B, 2 – Carcinogenicity, hazard categories 1A, 1B, 2 – Reproductive toxicity, hazard 1A, 1B, 2 – Specific Target Organ Toxicity – Singel exposure, hazard categories 1, 2 – Specific Target Organ Toxicity – Repeated exposure, hazard categories 1, 2 Aspiration hazard, hazard category 1 (Health Hazard)
	Acute toxicity (oral, dermal, inhalation), hazard category 4 - Skin irritation, hazard category 2. Eye irritation, hazard category 2 - Skin sensitisation, hazard categories 1, 1A - Specific Target Organ Toxicity — Single exposure, hazard category 3- Respiratory tract irritation. Narcotic effects (Health Hazard)

Rev. 210-24-070-00_04.24



BEN – BIOCHEMICAL ENTERPRISE S.r.l. - via Toselli, 4 - 20127 Milano – Italy
Tel: +39 022871829/93 – Fax: +39 022890853 – www.bensrl.it – info@bensrl.it



LABiTec GmbH
An der Strusbek 6, 22926 Ahrensburg, Germany
www.labitec.com, T: +49410247950, info@labitec.de